

**СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**



№ 13052 от 28 ноября 2019 г.

Срок действия до 17 апреля 2024 г.

Наименование типа средств измерений:

Датчики давления Агат-100МТ

Производитель:

ООО «НПО «АГАТ», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Документы на поверку:

МП-03-2018-20 «Датчики давления Агат-100МТ. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками:

12 месяцев - для датчиков, произведенных с 28.11.2019 по 29.08.2022,

36 месяцев - для датчиков, произведенных с 30.08.2022

Тип средств измерений утвержден решением Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28.11.2019 № 11-19

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 30.08.2022 действует в редакции изменения № 1, утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30.08.2022 № 83).

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак