



DIRECTUM-33543-1372662



**PMK**  
КАРАБАШМЕДЬ

Генеральному директору  
НПО Агат.  
Мухаметшину Р.Ф.

№ 046-3979 от 06.10.2020

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Отзыв о работе прибора Агат-100МТ

Уважаемый Рустам Фаизович!

Датчик избыточного давления Агат-100МТ был установлен на линии нагнетания масло станции смазки и охлаждения подшипников дымососа FW-6 системы пылегазоочистки конвертерного отделения металлургического цеха. За период опытной эксплуатации, датчик давления Агат-100МТ зарекомендовал себя с положительной стороны, замечания к работе отсутствуют. Опытная эксплуатация прибора не выявила дефектов в работе.

К достоинствам следует отнести светодиодный дисплей облегчающий считывание показаний в местах с низкой освещенностью. Защита от несанкционированного доступа к настройкам прибора. Качество изготовления корпуса прибора и комплектующих — хорошее.

Заключение по работе датчиков — удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям.

С уважением,

Начальник КИПиА



В.К.Введенский

Исп: В.К. Введенский

Тел.: 8 (35153)2-35-98 (вн. (62-90) 66-18)