

Приложение 2
к Договору на опытную эксплуатацию № 190 /ОЭ от 26 января 2016г.

«Форма протокола об испытаниях»

г. Санкт-Петербург

«10» 06. 2016 года

Владелец: ООО «Научно-производственное объединение «АГАТ»
Получатель: ОАО «Лужский абразивный завод»

№ пп	Наименование оборудования	Кол-во	Дата проведения испытаний	Особые выявленные замечания, несоответствия	Заключение (предложения)
1.	Датчик давл. АГАТ - 100М - ДУ - 1171 - (0-40) МПа - 050	1	с 18.02.16г. по 09.06.16г.	Замечаний нет	

Заключение:

За время испытания датчик выдержал 360 000 циклов подъёма давления от 20 до 230 кг/см². Датчик находится в исправном состоянии. За весь период испытания дефектов не выявлено.

Адрес Получателя (оборудования): _____

Контактные лица (ФИО, должность, т/ф) _____

тел. _____

тел. _____

Рекомендации _____

«ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД» ОАО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

188230 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

ЛУГА ул. КРАСНОАРМЯЙСКАЯ 32

407028.10555420130001

Другое _____

СЗ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.СПБ

БИК 044030653 ИНН 4710003532

ОКПО 00221209 ОКОНХ 14253

Владелец:
ООО «НПО «АГАТ»

Директор по продажам

Смирнова Н.С.

Получатель:

ОАО «Лужский абразивный завод»

Генеральный директор



14