

№ _____ Дата _____

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «НПО Агат»

Н.С. Смирновой

Отзыв на датчики давления «Агат-100М»

Уважаемая Наталья Сергеевна!

В период с апреля по август 2015г. на объектах ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», были установлены датчики давления «Агат-100М» в количестве пяти штук, в рамках ОПЭ, производства ООО «Научно-производственного объединения АГАТ» (юридический адрес – 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 2, офис 4).

Четыре из них установлены на установках измерительных «Спектр-40 М» и один на установке подготовки нефти.


За время опытной эксплуатации приборов серьёзных сбоев в работе не отмечено, датчики давления показали стабильную работу и подтвердили паспортные и метрологические характеристики. Обладают удобным интерфейсом, не прихотливы в настройке, диагностики и обслуживании.

Датчики давления эксплуатировались в весенне-летний период. Для окончательного вывода о надежности приборов необходимо наблюдение за работой, в период низких температур.

Заместитель управляющего филиала
по развитию ИТО

Д.А. Шалагин



Р.Ф. Рябушенко 
8 (8-21-44) 5-74-92