

22.10.2015 № 543/УС

Отзыв о работе оборудования!

В период с апреля по июль на объектах ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми», были установлены датчики давления Агат -100М в количестве 5 (пяти) штук в рамках опытно промышленной эксплуатации.

а) 4 из них установлены на измерительных установках «Спектр-40-120 М (давление нефтесодержащей жидкости до фильтра)

б) 1 установлен на установке подготовки нефти (давление нефтесодержащей жидкости после насосных агрегатов)

За время опытно промышленной эксплуатации датчиков давления серьезных сбоев не отмечено. Стабильная работа подтверждена архивными данными, снятыми с указанных установок. Паспортные и метрологические характеристики, соответствуют заявленным заводом изготовителем.

Датчики давления эксплуатировались в период положительных температур. Для окончательного заключения о работе и надежности оборудования необходимо наблюдение за работой данного оборудования в период отрицательных температур.

Директор
представительства в г. Усинск



А.В. Комельских