



Ч Т П З

Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»

Акт об опытной эксплуатации преобразователя давления производства ООО «НПО «АГАТ» г. Санкт-Петербург, полученный от ООО «РС – измерения».

Тип прибора: Датчик Агат-100М-ДИ-1151-(0...1)Мпа-015-ЦИ-СК заводской № 000424

Срок испытаний: с 28.09.2015 по 28.12.2015.

Условия эксплуатации:

1. Место установки (объект) Узел учёта пара
2. Вибрация умеренная
Есть/нет, умеренная/средняя/избыточная
3. Пульсация средняя
Есть/нет, умеренная/средняя/избыточная
4. Температура измеряемой среды 250 - 300 °С
5. Температура внешней среды 20 - 35 °С
6. Влажность обычная
7. Дополнительные устройства Конденсатные бачки на СУ
Демпфер, петлевая трубка и т.п.

Результаты опытной эксплуатации:

За время опытной эксплуатации замечаний к работе прибора нет. Проверка датчика, до и после эксплуатации, на грузопоршневом манометре МП-60, подтверждает соответствие метрологических характеристик паспортным значениям завода-изготовителя и рекомендует его дальнейшее применение на объектах завода.

Начальник цеха №20

М.П.Журавлёв.