



Акционерное общество
«Государственный ракетный центр
имени академика В.П.Макеева»
(АО «ГРЦ Макеева»)
Российская Федерация, Челябинская область,
г. Миасс

Директору
ООО «РС-Измерения»
А.Н. Клевесенкову

Тел/факс (351)225-49-38
г. Челябинск

☒ Тургоякское шоссе, 1, г. Миасс,
Челябинская область, 456300

☎ 351-3/28-63-70 ☎ 351-3/55-51-91; 24-12-33

Телеграфный адрес: «Рубин» 624013

E-mail: src@makeyev.ru

ОКПО 07549733, ОГРН 1087415002168

ИНН/КПП 7415061109/742150001

От 22.08.2016 № 44/205

На № _____ от _____

Отзыв по работе датчиков Агат-100М
Уважаемый Алексей Николаевич!

В период с мая 2016 года в опытно-промышленной эксплуатации на АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» находятся преобразователь давления Агат-100М-ДД-1450-(0...1,6)МПа-015-ЦИ-ШР14-М20-СК и преобразователь давления Агат-100М-ДД-1460-(0...10)МПа-015-ЦИ-ШР14-М20-СК, установленные на пневмогидравлических сетях стендового оборудования нашего отделения.

В процессе эксплуатации датчика АГАТ-100М отмечен ряд достоинств:

- Конструкция преобразователей АГАТ-100М обеспечивает взаимозаменяемость с аналогичными преобразователями давления;
- Яркая светодиодная индикация, нет необходимости в дополнительной подсветке;
- Внутренняя конструкция электронного преобразователя облегчает подключение;
- Возможность ввода кабеля справа и слева от индикатора электронного блока;
- Возможность установки ПИН-кода для защиты от несанкционированного изменения настроек датчика;
- Имеется возможность перенастройки датчика на нестандартный диапазон;
- Отсутствие дрейфа «нуля» при перепадах температуры.

Обслуживающий персонал о преобразователе давления отзывается хорошо.

Претензий к прибору нет.

И.О. Начальник отделения 7

В.П. Шпаров

Исп: Дмитриев В.П.
Тел(3513)28-62-44