



Акционерное общество «Назаровская ГРЭС»

Российская Федерация, 662204, Красноярский край, г. Назарово, АО «Назаровская ГРЭС», тел. (39155) 449-60, факс (39155) 5-11-84; e-mail: ngres_office@sibgenco.ru; ИНН 2460237901; КПП 246750001; p/c 40702810900340000709
Ф-л Банка «ГПБ» (АО) в г. Красноярске; к/с 30101810100000000877;
БИК 040407877

ОТЗЫВ О РАБОТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ АГАТ -100М

В ноябре месяце 2015 года ООО «СДВ-Комплект Инжиниринг» предоставили цеху ТАИ АО «Назаровская ГРЭС» в опытно промышленную эксплуатацию преобразователь давления Агат-100М-ДД-1420-(0...5)кПа-015-ЦИ-К01-СК-КБуст, в комплекте с клапанным блоком С32 02 Р5 М20.

Прибор эксплуатируется по настоящее время на действующем технологическом процессе. Место ввода в эксплуатацию: контроль расхода воздуха через дутьевой вентилятор 7А-1 энергоблока ст. №7.

Предметом тестовых испытаний являлись проверка работоспособности, эксплуатационной надежности прибора, контроль «дрейфа нуля», надежность передаваемой информации, удобство работы с кнопочным интерфейсом;

При монтаже и пуске в эксплуатацию затруднений не возникло. В ходе эксплуатации датчик давления Агат-100М-ДД-1420-(0...5)кПа-015-ЦИ-К01-СК-КБуст, подтвердил свои заявленные технические/метрологические характеристики, а также зарекомендовал себя как надежный, удобный в обслуживании прибор, не требующий дополнительных затрат при их эксплуатации. Преимуществами этого датчика являются: отсутствие «дрейфа нуля», яркий индикатор, простой и понятный интерфейс.

Начальник цеха ТАИ

А.А. Осадченко