

Исх. № 2708 от 21.10.19

На Вх. № 4125 от 15.10.19

Ваш Исх. № 271 от 15.10.19

Тема: отзыв на работу датчика давления АГАТ

**Директору по продажам  
ООО НПО «АГАТ»  
Смирновой Н.С.  
or@nragat.ru****Уважаемая Наталья Сергеевна!**

Датчик давления АГАТ-100MT-Exd-ДА-(0..1,6)МПа-010-Hart42-t4380-Б-K07-СК/s-L-3м-2-A1A0-WF-3-25мм (M40)-40A- EN1092-1 – исп. Е, заводской номер **6785** был установлен 06.06.2019 на следующую позицию: давление мазута на напоре насоса Н401 эстакады слива мазута №2 (Р4/01.4) КНГ. С момента установки прибора по настоящее время замечаний по работе прибора от технологического персонала не поступало.

17.10.2019 было произведен демонтаж прибора и произведен тщательный осмотр и анализ состояния прибора с применением цветной дефектоскопии. Замечаний и повреждений прибора не выявлено. После проведения диагностики прибор установлен обратно на позицию.

С уважением,

Заместитель генерального директора – главный инженер  
**Баранов В.Н.**Исполнитель: инженер-метролог  
Груздов Владимир Геннадьевич  
тел: +7 (981) 749 76 26