

УТВЕРЖДАЮ



## А К Т

### ввода в промышленную эксплуатацию узла учета газа на ПСП «Северная нефть»

Мы, нижеподписавшиеся, главный метролог Дубровин П.Д., начальник управления подготовки нефти и газа Ларин А.В. и начальник управления капитального строительства Каменских А.А. составили настоящий акт в том, что по результатам опытной эксплуатации узла учета газа на ПСП «Северная нефть» с 12 июля 2007 года, отказов в работе узла учёта газа не наблюдалось, суточные отчёты формировались без ошибок, система обработки информации автоматически перевелась на зимнее время.

На основании вышесказанного комиссия приняла решение ввести в промышленную эксплуатацию с 01 ноября 2007 года узел учёта газа состоящий из преобразователя расхода вихревого ТИРЭС-100, датчика температуры ТСП, преобразователя давления КРТ5-Ех и системы обработки информации (СОИ) на базе ТЭКОН-19.

30 октября 2007 года.

Главный метролог

П.Д. Дубровин

Начальник управления подготовки нефти и газа

А.В. Ларин

Начальник управления  
капитального строительства

А.А.Каменских